

Kriterienkatalog für die Präqualifizierung

Versorgungsbereiche:	23A
Inhalt der Versorgungsteilbereiche:	23.01.01, 23.07.01.1-2, 23.08.04, 23.11.01, 23.12.03, 23.13.01.0, 23.07.02
Inhalt der Versorgungsbereiche:	Orthesen, industriell hergestellt, ohne Anpassung
Anforderungen an den fachlichen Leiter/in:	Approbation bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium
Allg. Anforderungen an das Unternehmen und die Betriebsstätten:	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der berufsrechtlichen Voraussetzungen • Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt • Insolvenzfreiheit • Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge • Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen • Beachtung des Datenschutzes • Einhaltung der Voraussetzungen nach § 128 SGB V • Angabe des Institutionskennzeichens
Organisatorische Voraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- und auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) • Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)
Räumliche Voraussetzungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Verkaufs-/Empfangsbereich • Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit • Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mind. 90 cm haben. Untere Türanschlüsse und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (Gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten.) • Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß Herstellerangaben
Ausstattungsbedingungen:	<ul style="list-style-type: none"> • Geeigneter Spiegel

Quelle: www.medizinprodukte-ausschreibungen.de
Stand: 18.10.2010